

Instrumentos Não Articulados Não Cortantes em Aço Inoxidável Com Conexão

REGISTRO ANVISA nº 81306310006

Descrição

Nome do Dispositivo Médico: Instrumentos Não Articulados Não Cortantes em Aço Inoxidável Com Conexão

Nome Técnico do Dispositivo Médico: Instrumentos Cirúrgicos

Modelos Comerciais:

- Chaves
- Retriever
- Extensor
- Adaptadores

Produto não estéril

Validade: Indeterminado

Os modelos comerciais que compõem a família de Instrumentos Não Articulados Não Cortantes em Aço Inoxidável Com Conexão são artigos desenvolvidos especialmente para serem utilizados em conjunto com implantes e dispositivos odontológicos OBL, auxiliando na sua instalação ou implantação.

Os instrumentais cirúrgicos são produtos invasivos cirurgicamente de uso transitório, reutilizável, projetados exclusivamente para realização de procedimentos de implantes dentais na maxila e na mandíbula para fornecer um meio para encaixe protético em restaurações únicas, parciais ou totais.

Composição

A linha é produzida em aço inox conforme norma ASTM F899.

Indicação de Uso e Finalidade

Os modelos comerciais que compõem essa família destinam-se a preparação e implantação de dispositivos – implantes e componentes dentários – utilizados em procedimentos de implantes dentais na maxila e na mandíbula para fornecer um meio para encaixe protético em restaurações de dente único e em sequências parcialmente ou totalmente desdentadas. Eles são indicados para auxílio em cirurgias de implantação da linha de implantes da OBL para inserção e aperto dos implantes e aperto dos componentes em tecidos ósseos e/ou outras estruturas de materiais.

Esses instrumentos devem ser utilizados em motores cirúrgicos conforme encaixe normatizados.

Contraindicação

É contraindicada a utilização dos instrumentos cirúrgicos em procedimentos para implantação de dispositivos dentários de outros fabricantes ou com outras finalidades, sob o risco de incompatibilidade dimensional e incongruência entre os instrumentos e os implantes/componentes. Os instrumentais cirúrgicos não devem ser utilizados para finalidades diferentes daquelas para as quais foram projetados, de modo que, quaisquer outras utilizações, são consideradas contraindicadas ou sem substrato científico.

Lista de Produtos

Segue abaixo tabela da lista de produtos dessa família, assim como, a finalidade de cada produto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE
02.01.46.00001	Chave Bonelike Paralela c/ Engate Quadrado Curta	Apertar implante (torque final)
02.01.46.00002	Chave Bonelike Paralela c/ Engate Quadrado Longa	Apertar implante (torque final)
02.01.46.00003	Chave Guiada HE com Engate Quadrado Curta	Apertar implante (torque final)
02.01.46.00004	Chave Guiada HE com Engate Quadrado Longa	Apertar implante (torque final)
02.01.47.00001	Chave Bonelike Cônicas c/ Engate Rápido Curta	Inserir o implante
02.01.47.00002	Chave Bonelike Cônicas c/ Engate Rápido Longa	Inserir o implante
02.01.50.00000	Chave Bonelike CM Inicial com Engate Rápido Curta	Inserir o implante
02.01.50.00001	Chave Bonelike CM Inicial com Engate Rápido Longa	Inserir o implante
02.01.50.00002	Chave Bonelike CM Final com Engate Quadrado Curta	Apertar implante (torque final)
02.01.50.00003	Chave Bonelike CM Final com Engate Quadrado Longa	Apertar implante (torque final)
02.01.50.00004	Chave Especial CM Curta	Apertar/soltar componentes
02.01.50.00005	Chave Especial CM Longa	Apertar/soltar componentes
02.01.50.00006	Chave Guiada CM Final com Engate Quadrado Curta	Apertar implante (torque final)
02.01.50.00007	Chave Guiada CM Final com Engate Quadrado Longa	Apertar implante (torque final)
02.01.54.00001	Chave do Cilindro Articulado para Contra-Ângulo Curta	Apertar/soltar componentes
02.01.54.00002	Chave do Cilindro Articulado para Contra-Ângulo Longa	Apertar/soltar componentes
02.01.54.00003	Chave do Cilindro Articulado para Contra Ângulo Extra Longa	Apertar/soltar componentes
02.01.56.00003	Chave Hexagonal 1,2 mm para Contra Ângulo Curta	Apertar/soltar componentes
02.01.56.00004	Chave Hexagonal 1,2 mm para Contra Ângulo Média	Apertar/soltar componentes
02.01.56.00005	Chave Hexagonal 1,2 mm para Contra Ângulo Longa	Apertar/soltar componentes
02.01.56.00006	Chave Quadrada para Contra Ângulo Curta	Apertar/soltar componentes
02.01.56.00007	Chave Quadrada para Contra Ângulo Média	Apertar/soltar componentes
02.01.56.00008	Chave Quadrada para Contra Ângulo Longa	Apertar/soltar componentes
02.01.56.00009	Chave para Pilar Universal para Contra Ângulo Curta	Apertar/soltar componentes
02.01.56.00010	Chave para Pilar Universal para Contra Ângulo Longa	Apertar/soltar componentes
02.01.62.00001	Chave HI 3,25 Inicial Curta	Inserir o implante
02.01.62.00002	Chave HI 3,25 Inicial Longa	Inserir o implante
02.01.62.00003	Chave HI 4,0/5,0 Inicial Curta	Inserir o implante
02.01.62.00004	Chave HI 4,0/5,0 Inicial Longa	Inserir o implante
02.01.62.00007	Chave HI 4,0/5,0 Final Curta	Inserir o implante
02.01.62.00008	Chave HI 4,0/5,0 Final Longa	Inserir o implante
02.01.62.00009	Chave Guiada HI Final Curta	Apertar implante (torque final)
02.01.62.00010	Chave Guiada HI Final Longa	Apertar implante (torque final)
02.15.29.00000	Retriever Extrator do Implante	Extrair implantes
02.37.04.00000	Extensor para Contra Ângulo	Acoplar outros instrumentais
02.75.00.00000	Adaptador para Engate Quadrado	Acoplar outros instrumentais
02.75.12.00001	Adaptador para Montador - Contra Ângulo	Acoplar outros instrumentais
02.75.12.00002	Adaptador para Montador Curto - Quadrado	Acoplar outros instrumentais
02.75.12.00003	Adaptador para Montador Longo - Quadrado	Acoplar outros instrumentais
02.01.50.10000	Chave STD CM Inicial com Engate Rápido Curta	Inserir o implante
02.01.50.10001	Chave STD CM Inicial com Engate Rápido Longa	Inserir o implante
02.01.50.10002	Chave STD CM Final com Engate Quadrado Curta	Apertar implante (torque final)
02.01.50.10003	Chave STD CM Final com Engate Quadrado Longa	Apertar implante (torque final)
02.01.50.10004	Chave Especial STD CM Curta	Apertar/soltar componentes
02.01.50.10005	Chave Especial STD CM Longa	Apertar/soltar componentes
02.01.50.10006	Chave Guiada STD CM Final com Engate Quadrado Curta	Apertar implante (torque final)
02.01.50.10007	Chave Guiada STD CM Final com Engate Quadrado Longa	Apertar implante (torque final)

Método de Embalagem

Os instrumentos cirúrgicos são fornecidos na forma de kit, na condição de produto não estéril, com seus respectivos instrumentos posicionados em bandejas, acondicionadas em estojos para transporte, armazenamento e manipulação, ou os instrumentos cirúrgicos são fornecidos avulsos embalados individualmente em dupla embalagem plástica.

Os estojos são disponibilizados para comercialização embalados em plástico bolha.

Para fins de reposição, os instrumentos podem ser fornecidos avulsos, na condição de produto não estéril, embalados individualmente em dupla embalagem plástica.

Sobre a embalagem final dos instrumentos é colado um rótulo, contendo as informações necessárias para a identificação do produto.

Dentro de cada unidade segue um folheto com as instruções de como acessar a Instrução de Uso.

Instruções de Uso

Para a correta utilização do produto, as seguintes instruções devem ser adotadas:

- Os cuidados com este produto são de responsabilidade do pessoal habilitado, os quais devem seguir as normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis;
- O produto deve ser manipulado com os devidos cuidados em locais adequados (centro de material, clínicas odontológicas, clínicas protéticas);
- O produto somente deve ser utilizado por profissional habilitado, com conhecimento e capacitação específica sobre implantodontia, sendo de responsabilidade do cirurgião dentista a escolha e o domínio da técnica a ser aplicada;
- O cirurgião deve considerar que o sucesso da operação reflete seu conhecimento e habilidade. Desta forma, o mesmo precisa estar atento de antemão aos aspectos técnicos e regulatórios relacionados aos instrumentos. Sob nenhuma circunstância o instrumental deve ser implantado parcial/total no corpo humano por mais de sessenta minutos (uso temporário);
- Os instrumentais estão livres de material residual da fabricação, porém não estão desinfetados suficientemente para serem esterilizados diretos, portanto, desinfecção e limpeza são essenciais antes de qualquer procedimento de esterilização e após o uso;
- O fabricante OBL verifica cuidadosamente o estado dos instrumentais antes do fornecimento. Apesar do cuidado durante o projeto, instrumentos sofrem desgaste e por este motivo sempre devem ser verificados antes do uso de modo que o fabricante OBL, deve ser informado sobre qualquer dano do instrumental para o propósito de reparo ou reposição.

Limpeza e Desinfecção

Após a sua utilização, o instrumental da fabricante OBL deve ser limpo o mais rápido possível e todas as suas partes desmontáveis, deverão sofrer a desmontagem, antes de serem submetidas à limpeza.

Utilize água potável, preferencialmente aquecida (30°C – 40°C), em um recipiente adequado. Adicione detergente neutro e enzimático (faça a diluição de acordo com as recomendações do fabricante) e promova a homogeneização da solução. Immerja os instrumentos completamente na solução pelo tempo recomendado pelo fabricante. A utilização de aparelhos (cubas) ultrassônicas são recomendadas, principalmente para aqueles instrumentos que possuem lumen e/ou difícil acesso a todas as superfícies. A utilização de detergentes de cozinha não é recomendada e poderá provocar a corrosão dos instrumentais caso não seja eliminado totalmente o resíduo de detergente.

Uma limpeza eficiente do instrumental cirúrgico consiste na retirada total de matéria orgânica depositada em diversas partes do material, sejam elas de fácil ou difícil acesso.

A utilização de substâncias iônicas (ácidas ou alcalinas) para a limpeza de instrumentais, pode causar deterioração, seja por oxidação ou por desgaste químico. Substâncias com pH neutro (pH = 7) são mais recomendadas. Além disso, os produtos de limpeza e desinfetantes devem ser trocados diariamente, pois o acúmulo de sujidade e o aumento da concentração do produto (por evaporação da água) provocam corrosão ao instrumental, sem falar na perda do desempenho do produto.

A etapa de lavagem e enxágue é uma das principais no procedimento de limpeza e esterilização. É nela que os resíduos sólidos e líquidos remanescentes no instrumento serão removidos. É importante que o profissional, utilizando uma esponja

macia ou escova de nylon, fricione a superfície do instrumento, até a completa remoção das sujeiras e resíduos. Não utilize esponjas abrasivas (de aço) ou determinados produtos químicos (à base de ácido oxálico, álcool, hipoclorito, peróxido, abrasivos químicos ou com alto teor de cloro). Em seguida, deverá ser realizado um enxágue abundante com água esterilizada. É importante que o profissional se certifique de remover todo e qualquer resíduo químico das soluções utilizadas nas etapas anteriores. Resíduos de soro ou substâncias contendo cloro são muito prejudiciais e poderão inutilizar o instrumento após a etapa de esterilização, pois remanescem sobre a superfície.

O uso de esponja de aço ou metálica é estritamente proibida uma vez pode danificar o instrumento.

É importante que o profissional seque muito bem os instrumentais com pano limpo, seco, absorvente e descartável. Se necessário, complemente a secagem com ar comprimido e/ou secadora. Jamais deixe os instrumentais secarem "ao natural". Umidade também favorece manchas e oxidações.

Após a secagem, realize a inspeção visual da qualidade de lavação e secagem de cada instrumento. Caso sejam encontrados resíduos do procedimento cirúrgico ou de lavação, o instrumento deverá retornar à etapa de lavação. Estes resíduos de modo algum deverão estar presentes sobre a superfície do instrumento, sob pena de comprometer a biossegurança do procedimento e a longevidade do instrumental.

Realoque adequadamente os instrumentais no estojo (garantindo antes que estejam limpos e secos). Atente-se aos padrões estabelecidos pela Agência Sanitária quanto aos materiais e padrões de selamento.

Após finalização da limpeza do instrumental, deve ser executada a esterilização do mesmo.

Portanto, os instrumentais jamais devem ser deixados sujos (sangue, saliva) por tempo indeterminado, ou seja, devem ter seu processo de Limpeza iniciado imediatamente após seu uso (pelo menos até a etapa de inspeção), sob pena de sujeitá-los ao início de pontos de oxidação, mesmo imperceptíveis. É fundamental que todo o processo seja revisto constantemente e supervisionado pelo responsável técnico do consultório/clínica. Além disso, as normas estabelecidas pela ANVISA de âmbito nacional ou regional devem obrigatoriamente ser seguidas. Este artigo não substitui sua ciência e rigoroso cumprimento.

Esterilização

Os instrumentais devem ser limpos, desinfetados e esterilizados antes da utilização e manipulados corretamente para evitar contaminação.

A esterilização não substitui a limpeza e nunca será atingida com o material sujo.

A autoclavagem é um processo seguro para esterilização, entretanto, se não houver controle nos parâmetros operacionais, pode acarretar danos ao instrumental.

O instrumental da fabricante OBL não requer exigências especiais quanto ao método de esterilização, entretanto, recomenda-se a esterilização em autoclave, sob vácuo em uma temperatura de 134°C (273°F).

O processo de esterilização selecionado, em qualquer caso, deverá atender à norma EN 556, que estabelece que a probabilidade teórica da presença de microorganismos vitais seja no máximo igual a 1 sobre 10⁶ (S.A.L. [Sterility Assurance Level] nível de garantia de esterilidade = 10-6).

As condições do equipamento (autoclave) utilizado durante o processo de esterilização (programa de calibração, manutenção, etc), bem como, a garantia da utilização de um processo de esterilização adequado e a comprovação da esterilidade do produto, é de responsabilidade do pessoal habilitado.

Risco de Contaminação

Estes produtos são usados em pacientes que podem possuir infecções conhecidas ou desconhecidas. Para prevenir que essas infecções sejam disseminadas, todos os instrumentos reutilizáveis devem ser totalmente limpos, desinfetados e esterilizados após o uso, conforme citado anteriormente.

Advertências e Precauções

A OBL declina toda responsabilidade em evento de mau uso do instrumental.

O instrumental somente deve ser utilizado, após uma análise detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado e da leitura das instruções de uso do produto.

Para um bom procedimento cirúrgico, os cuidados abaixo devem ser seguidos:

- O cirurgião deve estar familiarizado e treinado, sendo capaz de operar sem nenhum risco ao paciente;
- O instrumental deve ser examinado cuidadosamente antes de seu uso;
- Os instrumentos com sinais de desgaste ou perda de propriedades não devem ser utilizados;
- A vida útil dos instrumentais, assim como, a quebra dos mesmos, está diretamente relacionada ao número de vezes que são utilizados, da maneira como são conservados, sobre o uso inapropriado e/ou abuso ou força excessiva no uso;
- Os instrumentos cirúrgicos devem ser utilizados especificamente para os fins propostos;
- O instrumental deve ser manipulado cuidadosamente, em pequenas porções, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer instrumental que tenha sido inadequadamente manuseado ou suspeito de ter sofrido dano, deve ser separado e encaminhado ao pessoal responsável pelo mesmo para inspeção técnica;
- A utilização em conjunto com instrumentais de outros fabricantes pode resultar em incompatibilidade dos dispositivos implantados;
- O fabricante se isenta de responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto ou inadequado do instrumento/produto;
- A má seleção, colocação, posicionamento e fixação dos instrumentos em seus respectivos estojos de acondicionamento podem acarretar em resultados indesejados;
- Este é um produto não biocompatível, não absorvente, que tem como finalidade auxiliar na implantação cirúrgica de implantes;
- Todo instrumental OBL é disponibilizado para comercialização na condição de produto não estéril, devendo ser limpos, desinfectados e esterilizados antes/após seu uso conforme orientações acima;
- Esterilização inadequada do instrumental cirúrgico pode causar infecção;
- Para manuseio dos instrumentos após uso em cirurgia, seguir os procedimentos legais para manuseio de produtos potencialmente contaminantes;
- Consultar as instruções de uso dos implantes a serem utilizados.

Armazenamento e Transporte

Para o armazenamento, recomenda-se local seco e arejado, sem exposição à incidência de luz, à umidade ou às substâncias contaminantes.

O produto não deve ser armazenado diretamente ao chão. Assim, recomenda-se a utilização de prateleiras.

Transportar o produto com cuidado, evitando-se quedas e atritos que possam causar defeitos no acabamento da superfície da peça.

Manter o produto sempre nas embalagens originais até o momento de sua utilização, sob a responsabilidade do cirurgião dentista / protético designada para este fim, lembrando-se que essa deve sempre se atentar para a integridade da embalagem.

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide rótulo.

Descarte do Produto

Para descarte dos instrumentos utilizados ou considerados inadequados, recomenda-se seguir os procedimentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes. Ressalta-se ainda que, antes do descarte, os mesmos devem ser descaracterizados, para tanto sugere-se que as peças sejam cortadas, entortadas ou limadas.

Símbolo

Abaixo segue legenda dos símbolos utilizados nas embalagens:

	Número no catálogo
	Data de Fabricação
	Frágil, manusear com cuidado
	Manter ao abrigo do sol
	Não estéril
	Código de lote
	Consultar instruções de uso
	Manter seco
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada

e-Instruções de Uso

A Instrução de Uso está indexada no website da OBL através do número registro/cadastro ANVISA e respectivo nome comercial do produto.

Abaixo está identificado a revisão e data de emissão deste documento, sendo que o usuário deve atentar-se para a correta versão (revisão e data de emissão) em relação à data de fabricação informada no rótulo do produto adquirido.

Caso seja de interesse do usuário, esta Instrução de Uso poderá ser fornecida em formato impresso sem custo adicional. Para isso, contate um dos representantes comerciais da OBL ou entre em contato através do telefone: +55 19 3522-1500.

DESENVOLVIDO E FABRICADO POR:

OBL Indústria e Comércio de Produtos Dentários LTDA.

CNPJ: 22.356.567/0001-38

Endereço: Rod. Washington Luiz KM 172

Cond. Industrial Conpark – Lote A4 - Jd. Anhanguera

CEP: 13.501-600

Fone/Fax: +55 19 3522-1500

SERVIÇOS AO PROFISSIONAL:

+55 (19) 3522-1500

www.oblmedtech.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Leonardo M. Bueno - CREA/SP 5063228782

PRODUTO:

Instrumentos Não Articulados Não Cortantes em Aço Inoxidável Com Conexão

REGISTRO ANVISA:

81306310006

REVISÃO DA INSTRUÇÃO DE USO:

04

VIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO DE USO:

A partir de 28/07/2025